



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Technisches Datenblatt

PREMIUM

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl

- Puderfrei
- Transparent
- Latexfrei
- Lebensmittel zugelassen
- Unsteril



Material

PVC

Prüfparameter

| Prüfkriterien | Prüfstufe | AQL |
|----------------------------------|-----------|-----|
| Maße | S-2 | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften | S-2 | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1 | 2,5 |

Maße

| Art.-Nr. | 1921 PRE | 1922 PRE | 1923 PRE | 1924 PRE | 1925 PRE |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Größe | XS = 5-6 | S = 6-7 | M = 7-8 | L = 8-9 | XL = 9-10 |
| Breite | 75 ± 5 mm | 80 ± 5 mm | 95 ± 5 mm | 105 ± 5 mm | 115 ± 5 mm |
| Länge | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm |

Materialstärke

| Meßpunkte | Eine Lage (mm) |
|---|----------------|
| Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand) | 0.08 - 0.14 |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | 0.08 - 0.14 |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0.08 - 0.13 |

Physikalische Eigenschaften

| Parameter | |
|----------------------|-----|
| Reißfestigkeit (MPa) | 4.8 |
| Reißdehnung (%) | 350 |

Puder

Ungepudert

Proteingehalt

Keine Proteine enthalten

Manschette

Umbördelt

Design

Beidhändig

Oberfläche

Glatt

Farbe

Transparent

Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von EN 455 Teil 1 - 4, AQL 1.5

Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.